

2：投标报价明细表

项目名称： 云南省动物疫病预防控制中心 2026 年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)及 2026 年重大动物疫病防控省级配套资金

试剂耗材招标采购项目、7 标段

项目编号： YNZC2026-G1-02612-YZGF-0617

序号	货物名称	品牌	产地	制造商	技术规格及型号说明	投标单价 (元)	单位	数量	投标报价合计 (元)	备注
1	病毒核酸 (DNA/RNA) 提取试剂盒	天隆	西安	西安天隆科技有限公司	<div>1、作用与用途：用于细菌培养物、棉拭子、痰液、体液及粪便等中的病毒 DNA 或 RNA 提取。</div> <div>2、采用磁珠法，通过旋转磁棒、磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物；并非旋转样本提取仓实施提取过程。</div> <div>3、适用于：全自动旋转磁棒式核酸提取仪 GeneRotex、全自动核酸提取仪 NP968 系列等多种仪器，兼容性、开放性好。</div> <div>4、规格：规格：64T/盒（16T/板×4 板）、20T/盒（5T/板×4 板）、20T/盒（1T/条×20 条）。配套试剂的量能保证满足试剂盒全部实验所需量。可提供预封装，使用用时只需加样本，</div>	7.8	份次	62500	¥487,500.00	核心产品

					<div>无需再添加其他试剂组分如蛋白酶 k 等。有效期≥12 个月。</div> <div>5、灵敏度：100copies/ml。板内精密度：同一提取模板 16 个重复 PCR 的 CT 值重复性误差 CV≤15%。板间灵敏度：同批 3 个深孔板 11. 个提取模板 PCR 的 CT 值重复性误差 CV≤15%。</div> <div>6、配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套，配备震荡联管式搅拌套。</div> <div>7、单次提取时间：≤50 分钟并提供说明书；支持最小 1 个样本提取试剂。</div> <div>8、上样量：200-400ul。洗脱体积：70ul。能进行加热。磁珠粒径：1 μ m。</div> <div>9、提供与核酸提取试剂相配套核酸提取仪，供货完成归还。</div>					
									投标总价：	¥ 487,500.00 元

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____

投标人： 云南讯克化安科技有限公司

日 期： 2026 年 6 月 12 日

